ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2017 года № РЗН 2017/6659

На медицинское изделие
Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в вариантах исполнения, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Лойер Ой", Финляндия,
Lojer Oy, Putajantie 42, 38210 Sastamala, Finland

Производитель
"Лойер Ой", Финляндия,
Lojer Oy, Putajantie 42, 38210 Sastamala, Finland

Место производства медицинского изделия
Lojer Oy, Putajantie 42, 38210, Sastamala, Finland

Номер регистрационного досье **№ РД-20191/70514 от 05.12.2017**

Вид медицинского изделия **118440**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.50.000**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 29 декабря 2017 года № 10852
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0034177

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2017 года № РЗН 2017/6659

На медицинское изделие
Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в вариантах исполнения, с принадлежностями
Варианты исполнения:
- Salli F,
- Salli H.

Состав:
1. Торец кровати, варианты исполнения: деревянный, металлический хромированный, металлический крашеный с антибактериальным покрытием, металлический крашеный без антибактериального покрытия, пластиковый, металлический крашеный с антибактериальным покрытием наклоняемый, металлический крашеный без антибактериального покрытия наклоняемый, металлический хромированный наклоняемый; размеры – стандартный, высокий - 16 шт. (при необходимости).
2. Колеса, варианты исполнения: с центральной блокировкой диаметром 100 мм, 125 мм, 150 мм; с индивидуальной блокировкой диаметром 100 мм, 125 мм, 150 мм – 12 шт. (при необходимости).
3. Ограждения боковые, варианты исполнения: деревянные с механизмом регулирования высоты одной рукой, деревянные с механизмом защёлкивания, деревянные с разделением по центру, металлические крашеные с антибактериальным покрытием, металлические крашеные без антибактериального покрытия, металлические хромированные, пластиковые; размеры стандартные, укороченные, высокие – 18 шт. (при необходимости).
4. Ограждения боковые раздельные пластиковые, варианты исполнения: размеры стандартные, укороченные, высокие – 36 шт. (при необходимости).
5. Педаль тормоза на колеса – 12 шт. (при необходимости).
6. Дуга для активации пациента – 4 шт. (при необходимости).
7. Упор для пациента – 4 шт. (при необходимости).
8. Держатель мочеприемного мешка, варианты исполнения: с креплением на раме кровати, с креплением на боковом ограждении кровати – 8 шт. (при необходимости).
9. Корзина для подкладного судна – 4 шт. (при необходимости).
10. Корзина для историй болезни – 4 шт. (при необходимости).
11. Дополнительная часть матраса для увеличения длины ложа – 12 шт. (при необходимости).
12. Секция рентгенпрозрачная - 4 шт. (при необходимости).
13. Рама Балканского - 2 шт. (при необходимости).
14. Блок-ролик для рамы Балканского - 24 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0040 41

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2017 года № РЗН 2017/6659

15. Матрас гигиенический, варианты исполнения: ширина - 80 см, 90 см – 4 шт. (при необходимости).
16. Матрас гигиенический для экстренной эвакуации, варианты исполнения: ширина - 80 см, 90 см – 4 шт. (при необходимости).
17. Матрас противопролежневый, варианты исполнения: ширина - 80 см, 90 см – 4 шт. (при необходимости).
18. Простынь для экстренной эвакуации - 12 шт. (при необходимости).
19. Столик для чтения и еды - 4 шт. (при необходимости).
20. Стойка инфузионная, варианты исполнения: прямая, изогнутая – 4 шт. (при необходимости).
21. Стенд для хранения костыля – 4 шт. (при необходимости).
22. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:
1. Бампер угловой – не более 4 шт.
2. Адаптеры для крепления для фиксирующих ремней – не более 12 шт.
3. Колесо центральное для облегчения передвижения – не более 12 шт.
4. Чехол мягкий на боковые ограждения – не более 60 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0040 42